



# SCS Kalibrier-Zertifikat SCS Calibration certificate

SCS\_T6039

|                                               |                            |                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Gegenstand<br>Object                          | Almemo Datalogger          | Temperatur-Fühler                       |
| Hersteller<br>Manufacturer                    | ALMEMO                     | AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH |
| Typ<br>Type description                       | Almemo 5690-2              | PT100-2                                 |
| Serien Nr.<br>Serial no.                      | A20090087                  | ---                                     |
| Inventar Nr.<br>Inventory no.                 | ---                        | ---                                     |
| Prüfmittel Nr.<br>Test equipment no.          | 40                         | 40_7                                    |
| Equipment Nr.<br>Equipment no.                | 15121875                   | 15089495                                |
| Standort<br>Location                          | KUNDENDIENST               | KUNDENDIENST                            |
| Auftraggeber<br>Customer                      | Hettich AG<br>CH-8806 Bäch |                                         |
| Kunden Nr.<br>Customer ID no.                 | 1083202                    |                                         |
| Auftrags Nr.<br>Order no.                     | 12663410 / 0520 6201       |                                         |
| Datum der Kalibrierung<br>Date of calibration | 25.10.2024                 |                                         |

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem nach ISO 9001:2015 eingeführt hat, sowie nach SN/EN/ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert ist. Das ISO 9001 Zertifikat und die Akkreditierungsurkunde finden Sie auf [www.testotis.ch](http://www.testotis.ch). Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmässig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann eingesehen werden. Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem Kalibrier-Zertifikat aufgelistet. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

We hereby confirm that the performing calibration laboratory has implemented a management system according to ISO 9001:2015 and is accredited according to SN/EN/ISO/IEC 17025:2018. The ISO 9001 and the accreditation certificates can be found at [www.testotis.ch](http://www.testotis.ch). The measuring instruments used for calibration are calibrated regularly and are traceable to the national standards for the representation of units in accordance with the International System of Units (SI). Where no national standards exist, the measurement procedure corresponds to the currently valid technical rules and standards. The documentation prepared for this process can be viewed. All required measurement data are listed in this calibration certificate. The user is responsible for observing a reasonable period of time to repeat the calibration.

## Konformitätsaussage

Pass

### Conformity statement

---  
---

Die erweiterte Messunsicherheit wurde nach EA-4/02 M:2022 mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95% berechnet und enthält die Unsicherheit der Referenz, des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgt nach der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50"  
The expanded uncertainty of measurement was calculated according to EA-4/02 M:2022 with a coverage probability of about 95% and contains the uncertainty of the reference, the uncertainty of the method and the uncertainty of the test specimen. The conformity statement is made according to the decision rule "confidence level 50".

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.  
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel Seal



Erstelldatum:  
Date of issue:  
25.10.2024

Fachverantwortlicher Supervisor

Jan-Peter Janz

Bearbeiter Technician

Beatriz Esteban



# SCS Kalibrier-Zertifikat SCS Calibration certificate

SCS\_T6039

## Kalibriergegenstand Calibration object

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gegenstand<br>Object          | Almemo Datalogger | Temperatur-Fühler |
| Inventar Nr.<br>Inventory no. | ---               | ---               |
| Standort<br>Location          | KUNDENDIENST      | KUNDENDIENST      |

## Messverfahren Measuring procedure

Die Kalibrierung erfolgt nach Kalibrieranweisung 3-APD-2-0009-DE. „Kalibrierung von Widerstandsthermometern “.  
Calibration is carried out in accordance with calibration instruction 3-APD-2-0009-DE. "Calibration of resistance thermometers".

## Messaufbau Measuring Setup

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Eintauchtiefe (mm)<br>Immersion depth (mm) | 120 |
|--------------------------------------------|-----|

## Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgeführt.  
All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

|                        |                  |                  |                        |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Temperatur Temperature | (20.0...26.0) °C | Feuchte Humidity | (20.0...70.0)% rF % RH |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|

## Messeinrichtungen Measuring equipment

| Referenz<br>Reference                                                  | Rückführung<br>Traceability | Rekal.<br>Next cal. | Zertifikat-Nr.<br>Certificate-no. | Eq.-Nr.<br>Eq.-no. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| MKT 50 mit Pt100 Temperaturfühler MKT 50 with Pt100 temperature sensor | SCS-0155 2024-06            | 2025-06             | SCS_T5531                         | 13676469           |
| MKT 50 mit Pt100 Temperaturfühler MKT 50 with Pt100 temperature sensor | SCS-0155 2024-03            | 2025-03             | SCS_T4984                         | 15206553           |
| Blockkalibrator Block calibrator                                       | D-K-15070-01-00 2024-04     | 2025-04             | T237408                           | 11434750           |

Referenzzertifikate sind auf [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com) abrufbar Reference certificates are available at [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com)



# SCS Kalibrier-Zertifikat SCS Calibration certificate

SCS\_T6039

## Messergebnisse Measuring results

Die dokumentierten Messergebnisse gelten zum Zeitpunkt der Prüfung des angegebenen Gegenstands.  
The documented measurement results are valid at the time of testing the calibration object.

Kanal Channel 46

| Bezugswert<br>Reference value | Messwert KG<br>Measured value UUT | Abweichung<br>Deviation | Zulässige<br>Abweichung<br>Allowed deviation | Messunsicherheit<br>Measuring uncer-<br>tainty<br>( $k = 2$ ) | Bewertung<br>Confirmation |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| °C                            | °C                                | °C                      | °C                                           | °C                                                            |                           |
| 0.0020                        | -0.120                            | -0.122                  | ±0.250                                       | 0.020                                                         | pass                      |
| 149.9860                      | 149.680                           | -0.306                  | ±1.500                                       | 0.020                                                         | pass                      |
| 300.0215                      | 298.960                           | -1.06                   | ±2.000                                       | 0.85                                                          | pass                      |

## Bemerkungen Remarks

---  
---

## Konformitätsaussage Conformity statement

Alle Messergebnisse liegen innerhalb der zulässigen Abweichung.  
All measurement results are within the allowed deviation.

Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50" mit einer Konformitätswahrscheinlichkeit größer 50%.

The conformity statement is made in accordance with the decision rule "Confidence level 50" with a conformity probability greater than 50%.

Zulässige Abweichung gemäß Kunde.  
Allowed deviation in accordance with customer.

Die Einhaltung der zulässigen Abweichung wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:  
The compliance to allowed deviation is represented on the calibration certificate as follows:

|                                                                                                                                                                                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Messwert und Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value and measurement uncertainty inside the allowed deviation.                                    | pass |  |
| Messwert innerhalb und Messunsicherheit teilweise außerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value inside and measurement uncertainty partly outside the allowed deviation. | pass |  |
| Messwert außerhalb und Messunsicherheit teilweise innerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value outside and measurement uncertainty partly inside the allowed deviation. | fail |  |
| Messwert und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value and measurement uncertainty outside the allowed deviation.                                   | fail |  |



# SCS Kalibrier-Zertifikat SCS Calibration certificate

SCS\_T6039

Im Zweifelsfall gilt der deutsche Originaltext.  
The German original text is valid in case of doubt.

- Ende des Kalibrierscheins -  
- End of the calibration certificate -